

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	PARAMETRY	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA	OPIS
1	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014 roku		
2	Oryginalny, zalecany przez producenta aparatu stół transportowy wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 z nich, wieszakami głowic, półką na videoprinter		
3	Budowa modułowa - możliwość rozbudowy o opcje		
4	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej:		
5	Klawiatura do zapisu danych pacjenta i innych tekstów standardowa lub dotykowa na ekranie		
6	Ilość kanałów odbiorczych min.1000		
7	Skala szarości min.256		
8	Monitor obrazowy kolorowy o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15" i rozdzielczości min. 1024x768 o regulowanej wysokości (opisać)		
9	Możliwość podłączenia min. 2 głowic jednocześnie.		
10	Obrazowanie z użyciem technologii odbioru pełnego spektrum sygnału (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach) – działające na wszystkich oferowanych sondach.		
11	Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego klawisza		
12	Dynamika wyświetlana na obrazie min. 140dB		
13	Głębokość pola obrazowego, bez użycia funkcji ZOOM min. 2-30 cm		
14	Szybkość odświeżania obrazu min.225 obrazów/s		
15	Pamięć dynamiczna obrazu tzw. CINE min. 500 obrazów		
16	Wbudowany do aparatu system wewnętrznej archiwizacji obrazów z dyskiem twardym min. 150GB.		
17	Możliwość archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych typu PEN		
18	Oprogramowanie do pomiarów kątów stawów biodrowych u niemowlaków wraz z określeniem typu stawu metodą Grafa lub rozwiązanie równoważne (opisać)		
19	Powiększenie wybranego fragmentu obrazu w czasie rzeczywistym.		
20	Pomiary: min 4 odległości, obwodu, objętości, kąta.		
21	Głowica liniowa do badań ortopedycznych, małych narządów o zakresie min. 4-12MHz \pm 1MHz, szerokości pola obrazowego 40mm \pm 10%		
22	Możliwość rozbudowy o sondę mikroconvex do badań neonatologicznych o zakresie min. 4-9MHz \pm 1MHz, kącie obrazowania min. 115°.		
23	Videoprinter B/W		
24	Instrukcja obsługi w języku polskim		
25	Szkolenie obsługi		

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena przy spełnianiu parametrów określonych przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy parametry oferowanego towaru różnią się w charakterystyce od wnioskowanych przez Zamawiającego prosimy o zaproponowanie rozwiązania równoważnego w stosownej kolumnie formularza oferty.