

WSZ-EP-9/ZO/ 803 /2022

Konin, 27 czerwca 2022 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego nr WSZ-EP-9/ZO/2022 na dostawę podłoża i testów do diagnostyki mikrobiologicznej .

do zadania 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek pakowanych w folię po 10 sztuk , w opakowaniu kartonowym 2x10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płytki MH , w których w miejsce oxacyliny została zastosowana kloksacylina?

W załączeniu skład podłoża :

Kwaśny hydrolyzát kazeiny (wołowy) 17,5 g
Wyciąg z 300 g mięsa wołowego (wołowy) 2 g
Skrobia 1,5 g
Kloksacylina* 250 mg
Agar* (roślinna) 17 g
Oczyszczona woda 1 l

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytania do Umowy:

3. §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej Umowy lub numeru zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona stosownej modyfikacji

4. §3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę towaru do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona stosownej modyfikacji

5. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na wymianę towaru wadliwego na towar wolny od wad do 4 dni roboczych liczonych od daty rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

6. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Towar wolny od wad. Wykonawca udziela na Towar gwarancji zgodnie z §4 ust. 8. W razie dostarczenia Towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach gwarancji, do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 4 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za

pośrednictwem poczty elektronicznej.”?

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie możemy wyrazić zgody na wydłużenie terminu ważności do 24 miesięcy. Wykonawca oraz producent nie ponosi odpowiedzialności za towar powyżej jego okresu gwarancji. §4 ust. 3 projektu umowy stoi również w sprzeczności z §4 ust. 8 projektu umowy, w którym to sam Zamawiający określił termin ważności podłoży od 4 do 6 tygodni.

Odpowiedź: Zgodnie zapytaniem ofertowym, po modyfikacji.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dorota Kotecka

*Sporządziła:
Zbysławka*