

WSZ-EP-25/ZO/38/21/2022**Konin, 11 stycznia 2022r.****Wg rozdzielnika**

1. **Dotyczy: zapytania ofertowego nr WSZ-EP-25/ZO/2021 na dostawę testów do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatu**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśniamy:

1. 1. **Dotyczy pakietu nr 1 - Czy Zamawiający dopuści analizator z minimum 2015 rok produkcji w pełni sprawny?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. **Dotyczy formularza cenowego oraz par 5 umowy -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminów ważności do min 4 miesięcy w pakiecie nr 2 poz 1 ?**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona stosownej modyfikacji

3. **Dot. Formularza cenowego – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli asortymentowo-cenowej kolumny z ceną netto za 1 pełne opakowanie handlowe oraz ilością opakowań oraz czy wyrazi zgodę na przeliczenie wartości oferty według wzoru: „cena za pełne opakowanie x ilość opakowań”?**

Uzasadnienie: Zmiana ma na celu usprawnienie procesu realizacji zamówień oraz pozwoli na zminimalizowanie błędów zarówno dotyczących pomyłek produktowych jak i cen jednostkowych widniejących na fakturze. W związku z zasadami pakowania produktu, nie ma możliwości zakupu 1 sztuki płytki czy testu, a na fakturze zawsze widnieje cena netto za 1 opakowanie handlowe.

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

4. **Dotyczy pakietu nr 2 – W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym dodatkowej kolumny z ceną jednostkową netto za opakowanie? Usprawni to proces realizacji zamówień, ponieważ Wykonawca nie oferuje możliwości sprzedania 1 sztuki płytki czy testu, a na fakturze widnieje cena netto za 1 opakowanie handlowe.**

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym


Pytania do Umowy:

5. §6 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „zwłokę w dostawie lub wymianie odczynników na wolne od wad w wysokości 2% wartości opóźnionych odczynników za każdy dzień zwłoki,”?
Uzasadnienie: Wskazana przez Zamawiającego kara jest w ocenie Wykonawcy karą rażąco wygórowaną i w żaden sposób nieadekwatną do ewentualnego uchybienia jednocześnie mogąc powodować w świetle aktualnego orzecznictwa nieważność zapisu . Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

6. §6 ust. 1 pkt 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% wartości opóźnionych odczynników za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.

mgr p. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Krzysztof Albiński