

**10 MAJ 2019**

Konin, .....r.

WSZ-EP-15/460/2019

wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę ambulansu drogowego typu „C” z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-15/2019).**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze firmy FERNO, z poręczami bocznymi składanymi prostopadłe do ramy noszy?

Uzasadnienie: Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia poszerzenia leża noszy przydatne w przypadku transportu pacjentów otyłych. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze dla personelu i pacjenta, niweluje ryzyko przycięcia dłoni. Przy poręczach składanych wzdłużnie istnieje takie ryzyko.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści nosze i transporter spełniający wszystkie wymagania aktualnej normy PN EN 1789+A2 i PN EN 1865-1 wyposażony w 4 kółka: wszystkie obrotowe w zakresie 360° o średnicy 152 mm i szerokości 44 mm, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

Obecne zapisy Zamawiającego dot. respiratora ratowniczo-transportowego wskazuje na konkretne rozwiązanie, konkretnego producenta.

Czy Zamawiający działając w myśl zachowania zasad uczciwej konkurencji dopuści na zasadzie równoważności nowoczesny respirator transportowy marki SMITH'S Medical o poniższych parametrach użytkowych?

PARAMETRY OGÓLNE	
1.	Nowoczesny respirator transportowy z możliwością wentylacji noworodków (wentylacja manualna), niemowląt, dzieci oraz dorosłych
2.	Tryby wentylacji: manualna, Demand, CMV, CPAP, CMV+PEEP

<b>CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU</b>	
3.	Zasilanie: pneumatyczne, suchy bezolejowy gaz, ciśnienie 280-600 kPa
4.	Zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu
5.	Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8-40 odd/min
6.	Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70-1500ml
7.	Współczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min)
8.	Oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową
9.	Zintegrowana zastawka PEEP: zakres regulacji 0-20 cm H <sub>2</sub> O
10.	Wbudowany przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min
11.	Przepływ w trybie CPAP: regulowany w zakresie 0-12,5 l/min
12.	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50 / 100%
13.	Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 20-60 cm H <sub>2</sub> O
14.	Zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od -10 do +80 cm H <sub>2</sub> O
15.	Możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla
16.	System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych
17.	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego
18.	Jednorazowy obwód jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta
19.	W zestawie: torba, butla 2,7l oraz reduktor z przepływomierzem i szybkozłączką AGA, uchwyt karetkowy oraz 10szt jednorazowych obwodów pacjenta

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator z akumulatorową funkcją zasilania i 12 V DC, średni czas pracy akumulatora 6 godzin, możliwość ładowania akumulatora w defibrylatorze po każdorazowym wpięciu w uchwyt 12 V DC, Możliwość ładowania ładowarką 230 V. Oferowany defibrylator posiada możliwość wydruku zapisu ekg na papierze o szerokości 80 mm, przekątna ekranu wynosi 16,5 cm ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez funkcji pomiaru temperatury zewnętrznej ciała a w zamian umożliwi Wykonawcy dostarczenie nowoczesnego termometru doustnego opisanego w wielu pracach związanych z postępowaniem z pacjentem w hipotermii umożliwiającego pomiar temperatury w uchu pacjenta ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
*Dorota Kotecka*