

WSZ-EP-31/.....<sup>677</sup>...../2020

Konin, ..... 03 LIP. 2020 .....

**Wg rozdzielnika**

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro na dostawę odzieży ochronnej i materiałów higienicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-31/2020).**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Czy zamawiający w zadaniu 1 dopuści fartuch o poniższych parametrach?

3M Fartuch chirurgiczny jednokrotnego użytku sterylny bez dodatkowych wstawek typu SMMS standardowy

- Celem stosowania fartuchów chirurgicznych jest zapewnienie sterylności pola operacyjnego i bezpieczeństwa pacjenta.
- Fartuch chroni jednocześnie personel przed kontaktem z mikroorganizmami i płynami ustrojowymi pacjenta.

Opis

- Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMMS (Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) o gramaturze 35 gram/m<sup>2</sup>.
- Włóknina posiada dodatek fluoro-związków, które zapewniają odporność na działanie alkoholi.
- Wodoodporny
- Niepalny – I klasa palności
- „Szwycy” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową.
- Mankiety fartucha wykonane są z poliestru.
- Paski do wiązania wykonane są z nylonu.
- Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem, zalicza się do pierwszej klasy łatwopalności wg dokumentu 16 CFR część 1610
- Fartuch jest pakowany w opakowania papierowo-foliowe.
- Wewnątrz opakowania fartuch jest opakowany w papier ochronny
- Wewnątrz opakowania znajdują się 2 ręczniki do osuszenia rąk i przedramion po myciu chirurgicznym.

Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów standardowych w obszarze krytycznym.

Rozmiar M, L, XL, XXL,

Odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 47cm H<sub>2</sub>O;- wytrzymałość na rozrywanie min.(sucho/mokro) 100/100 N.

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**



Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
*Dorota Kotecka*  
Dorota Kotecka