

WSZ-EP-14/405/2019

Konin, 16.04.2019 r.

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę implantów i narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji ACL z systemem do szycia łąkrotek oraz kotwic do rekonstrukcji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-14/2019

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie do pakietu nr 1. Implanty do rekonstrukcji ACL (sterylne) – System do rekonstrukcji ACL z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki typu Endobutton. System do szycia łąkotki.

Mocowanie piszczelowe

Czy Zamawiający zrezygnuje z opcji mocowania piszczelowego na guzik i dopuści śruby biowchłaniające o średnicy 6-11mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-14/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Sporządziła: Ż. Borowska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Leszek Sobieski