

Konin, 23.08.2019 r.

WSZ-EP-34/780/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego
poniżej 221 000 euro na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego dla
potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
nr sprawy WSZ-EP-34/2019**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Dot. Pakietu nr 1.II. Mieszalniki próżniowe do cementu

Czy Zamawiający opisując cechy mieszalnika do cementu pod pojęciem "wskaźnik próżni" rozumie dedykowane urządzenie służące tylko i wyłącznie wskazaniu użytkownikowi mieszalnika, że w systemie została wytworzona próżnia?


Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego i informuje, iż pod pojęciem "wskaźnik próżni" rozumie jakiegokolwiek wskazanie, że próżnia została wytworzona.

2. Dot. Pakietu nr 1.II. Mieszalniki próżniowe do cementu poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszalników o objętości odpowiednio 2x80 i 1 x80 g? Zwiększenie objętości mieszalnika – strzykawki nie ma wpływu na cenę oraz na sposób przygotowania cementu, jest natomiast korzystne w przypadku użycia większej objętości cementu, np. podczas zabiegów rewizyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszalników o objętości odpowiednio 2 x 80g i 1 x 80g. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-34/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka