

WSZ-EP-42/1198/2020

Konin, 0.1 PAŹ. 2020...r.

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro na dostawę leków, szwów chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-42/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o przestrzeni martwej 60 ml i wadze 46 g ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń o regulacji długości 70-150 mm (+/- 10 mm). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 42/2020 – Formularz asortymentowo-cenowy. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 31, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści martwą przestrzeń z uszczelnieniem 6 mm, długość 150 mm elastycznie uszczelnianą ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 31, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji o długości 535 mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadnicę do trudnych intubacji o długości 535 mm do rozmiaru 6Fr/2,00 mm, w związku z tym zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 42/2020 – Formularz asortymentowo-cenowy. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 33, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści prostokątny filtr oddechowy o przestrzeni martwej 60 ml, objętości oddechowej 150 – 1500 ml, masie 46 g ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 42/2020 – Formularz asortymentowo-cenowy. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 33, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści prostokątny filtr oddechowy o przestrzeni martwej 60 ml, objętości oddechowej 150 – 1500 ml, masie 46 g ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 42/2020 – Formularz asortymentowo-cenowy. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet nr 33, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 33 pozycję 1 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kojacka