

WSZ-EP-19/.....⁴³⁶./2020

Konin,^{07.05.2020}

wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-19/2020.

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Dot. załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 1 lp. 6. - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z trzpieniem cementowanym długim, typu monoblok.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w pakiecie nr 1, lp. 6. dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach: *Trzpień rewizyjny, anatomiczny, cementowany, kołnierkowy wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni. Dostępny w 3 rozmiarach dla prawej i lewej strony oraz w 3 długościach 200; 250; 300 mm z kątem szyjkowo-trzonowym 135 st.?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ tj. Formularz asortymentowo-cenowy, który zamieści na stronie www.szpital-konin.pl i www.platformazakupowa.pl.

2. Dot. załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 1 lp. 3. - Endoproteza cementowa bipolarna stawu biodrowego.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w pakiecie nr 1, lp. 3. dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach: *Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkołnierkowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego, lub ze stopu CoCrMo. Dostępny w 9 rozmiarach, od 6,25mm do 17,5mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14.*


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z opisem A bądź B w pakiecie nr 1 pozycja nr 3. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ tj. Formularz asortymentowo-cenowy, który zamieści na stronie www.szpital-konin.pl i www.platformazakupowa.pl.

3. Dot. załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 1 lp. 5. - Endoproteza cementowa stawu biodrowego.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w pakiecie nr 1, lp. 5. dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach: *Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkońierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego, lub ze stopu CoCrMo. Dostępny w 9 rozmiarach, od 6,25mm do 17,5mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z opisem A bądź B w pakiecie nr 1 pozycja nr 5. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ tj. Formularz asortymentowo-cenowy, który zamieści na stronie www.szpital-konin.pl i www.platformazakupowa.pl.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 st. 4 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843), zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotécka