

WSZ-EP-10/...546.../2018

Konin, ...20 KWI. 2018

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-10/2018)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsownicę do chirurgii otwartej czy laparoskopowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsownicę laparoskopową. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy).

Dotyczy pakietu 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o informację dotyczącą wymaganej ilości klipsów w jednym sterylnym zasobniku, ponieważ dostępne są po 2 sztuki, 4 sztuki i 6 sztuk klipsów w jednym magazynku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby było w jednym sterylnym zasobniku po 6 sztuk klipsów w jednym magazynku. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy).

Dotyczy pakietu 3 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na klipsy, które posiadają w opakowaniu z klipsami co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy).

Dotyczy pakietu 3 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane z materiału odpowiadającym stosownym normom dla implantów chirurgicznych, nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 5 poz. 1, 2 i 3

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 1, 2 i 3 do osobnego pakietu. Podział nie narusza zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 5 poz. 4 i 10

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 4 i 10 do osobnego pakietu. Podział nie narusza zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy § 7 ust. 1.1 oraz 1.2 wzoru umowy

Paragraf § 7 ust. 1.1 oraz 1.2 wzoru umowy zawiera informację że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 2% wartości brutto za opóźnienie w realizacji dostawy oraz za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy za każdy dzień opóźnienia .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy § 8 ust. 2.1 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 8 ust. 2.1 wzoru umowy poprzez modyfikację zapisów:

1. Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1. trzykrotnego **kolejnego** opóźnienia w dostawie lub reklamacji, **po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia,**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zadania 4 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wymogów do pozycji 1 i 2 dotyczącego dopuszczenia "kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot", czy Zamawiający wymaga również kaniuli z grotem bezpiecznym lub z osłoną ostrza tak jak jest to wymogiem przy kaniulach polimerowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Mieczysław Piotr Czerwiński-Mazur
lekarz specjalista chorób wewnętrznych