

WSZ-EP-10/...547.../2018

Konin, ...20 KWI. 2018...

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-10/2018)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 1

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie tubusa o długości 33 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie szczęk o długości 25 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szczęk o długości 2,5 cm. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy).

Poz. 4, 7, 8

Prosimy o wydzielenie poz. 4, 7, 8 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7

Poz. 1

Prosimy o elektrody o pow. ogólnej 169 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody o pow. ogólnej 169 cm². W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy).

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody o pow. ogólnej 148 i roboczej 92 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28

Prosimy o wydzielenie poz. 5, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 6, 7

Prosimy o dopuszczenie mniejszej ilości sterylizacji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie pincety zagiętej o dł.220 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 22

Prosimy o dopuszczenie pincety o dł.200 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pincety o dł. 20 cm. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy).

Poz. 23

Prosimy o dopuszczenie pincety o dł.180 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Mieczysław Piotr Czerwiński-Mazur
lekarz specjalista chorób wewnętrznych