

Konin, 02.12.2020r.

WSZ-EP-45/1539/2020

**MODYFIKACJA SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę odczynników, dzierżawę analizatora oraz serwisowanie sprzętu dla Pracowni Serologii Tranfuzjologicznej, nr sprawy WSZ-EP-45/2020**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-45/2020:

I. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 45/2020 w następującym zakresie:

**1. Punkt 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Termin składania ofert: do dnia 22.12.2020r., do godziny: 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2020r., o godzinie 11:00.

**2. Punkt 15. KRYTERIA WYBORU OFERTY****15.2. Sposób oceniania ofert:**

Ad. B

Ocena ofert w kryterium oceny funkcjonalności w tabeli w wierszu numer 2:

**Parametry opcjonalne podlegające ocenie**

Lp.	Ocenie podlegać będą następujące parametry:	Potwierdzenie spełnienia parametrów ( należy wpisać TAK lub NIE)
1.	Analizator przystosowany do pracy ciągłej bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, płuczący)	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
2.	Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora <b>nawet w trakcie pipetowania</b>	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
3.	Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami z archiwum	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

4.	Zabezpieczenie przed kontaminacją -analizator wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych w oddzielnych jednorazowych naczynkach/probówkach.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
5.	Automatyczne usuwanie ( bez ingerencji operatora) zużytych kart i opakowań po odczynnikach przez analizator do kosza, co zabezpiecza operatora przed kontaktem z materiałem zakaźnym.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
6.	Oprogramowanie analizatora umożliwia rejestrację wyników badań wykonanych manualnie.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
7.	Utrzymywanie odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora przez dłuższy czas, bez potrzeby ich wyjmowania z analizatora i przechowywania w lodówce - podać czas przechowywania na pokładzie analizatora	Powyżej 5 dni – 10 pkt 5 dni – 0 punktów
8.	Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C).	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
9.	Możliwość zdalnego połączenia serwisanta z pracownią i analizatorem oraz zdalnego dokonania naprawy urządzenia.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

Pozostałe zapisy punktu 15.2 pozostają bez zmian.

II. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku numer do 2 do SIWZ 45/2020 w następujących punktach:

- w punkcie IV ppkt 5 -tabela dotycząca posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego do zlecania badań ( dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań ), zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi
- w punkcie V ppkt 1 – tabela zestawienie wymagań ogólnych do przedmiotu zamówienia
- w punkcie III ppkt 9,
- w punkcie III ppkt 14,
- w punkcie III ppkt 16,
- w punkcie III ppkt. 2 –w tabeli parametry oceniane zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcy w dniu 02.12.2020r, numery pisma WSZ-EP-45/1537/2020 oraz WSZ-EP-45/1538/2020, zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ WSZ-EP-45/2020 zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) i [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) w dniu 02.12.2020r.

III. Zamawiający modyfikuje również zapisy załącznika numer 1 do SIWZ WSZ-EP-45 – formularza oferty w punkcie 2 - parametry oceniane dotyczące funkcjonalności dzierżawionego analizatora zgodnego z załącznikiem numer 2 do SIWZ WSZ-EP-45/2020, w tabeli w wierszu numer 2 następująco:

Parametry oceniane

Lp.	Ocenie podlegać będą następujące parametry:	Punktacja	Potwierdzenie spełnienia parametrów ( należy wpisać TAK lub NIE)
1.	Analizator przystosowany do pracy ciągłej bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, płuczący)	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
2.	Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora <b>nawet w trakcie pipetowania</b>	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
3.	Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami z archiwum	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
4.	Zabezpieczenie przed kontaminacją -analizator wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych w oddzielnych jednorazowych naczynkach/probówkach.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
5.	Automatyczne usuwanie ( bez ingerencji operatora) zużytych kart i opakowań po odczynnikach przez analizator do kosza, co zabezpiecza operatora przed kontaktem z materiałem zakaźnym.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
6.	Oprogramowanie analizatora umożliwia rejestrację wyników badań wykonanych manualnie.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
7.	Utrzymywanie odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora przez dłuższy czas, bez potrzeby ich wyjmowania z analizatora i przechowywania w lodówce - podać czas przechowywania na pokładzie analizatora	Powyżej 5 dni – 10 pkt 5 dni – 0 punktów	
8.	Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C).	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	

9.	Możliwość zdalnego połączenia serwisanta z pracownią i analizatorem oraz zdalnego dokonania naprawy urządzenia.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
----	---	-----------------------------	--

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-45/2020 wraz z załącznikami nie zmieniają się. W zawiązku z modyfikacją Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) oraz [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl), aktualne, zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-45/2020.