

WSZ-EP-13/.....⁴¹⁹...../2017


Konin, ...**2.8..MAR..2017..**

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii, Anestezjologii i innych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-13/2017)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 13/2017:

I. Załącznik numer 2 do SIWZ 13/2017 – Formularz asortymentowo - cenowy dotyczy pakietu nr 3 poz. 1, 2 3:



✓ Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1, 2, 3 wprowadził następujące zmiany:

Pakiet 3

Lp	Nazwa towaru-asortyment	Ilość - szt.	Cena jednostkowa netto w zł. za szt	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Kwota podatku w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent
1.	Filtry oddechowe antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, zakres objętości oddechowych 150-1200 ml elektrostatyczne, sterylne, skuteczność filtracji min.99,99%, waga do 23g, przestrzeń martwa 32-36ml	5000						
2.	Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, sterylne, mechaniczne (Zamawiający dopuszcza bez warstwy elektrostatycznej) z wyodrębnioną warstwą celulozowego albo piankowego wymiennika ciepła i wilgoci. Zamawiający dopuszcza skuteczność filtracji 99,999999% . Zakres objętości oddechowych 200-1500ml, wydajność nawilżania przy VT500ml min.22mg/l, waga do 35-40g, przestrzeń martwa 54-66ml, utrata wilgoci max 6 mg /l przy VT 500.	3500						
3.	Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dzieci, sterylne, elektrostatyczne, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci albo z wyodrębnioną warstwą piankową, zakres objętości oddechowych 75 – 1200 ml; wydajność nawilżania przy VT250ml min.32mg/l, przestrzeń martwa 26-29ml, waga do 21g.	800						
4.	Filtr oddechowy, mechaniczny z plisowaną membraną hydrofobową, waga do 47g, sterylne; Objętość	400						

	wewnętrzna 92 ml							
5.	Wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania powyżej 28mg H ₂ O/l, wymiany ciepła minimum 29 st.C, przestrzeń martwa max. 20 ml, waga do 8,5 g, zaopatrzone w port do podawania tlenu, komorę zbiorczą na wydzielinę oraz centralnie umiejscowiony port do odsysania.	300						
6.	Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu „, sterylne, dla dorosłych, ramiona 160cm, Y z portami ciś i temp, z linią ciśnienia dł.min 130cm z filtrem monitorującym	200						
7.	Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu dla dorosłych, sterylne, ramiona min. 150cm, odłączalny Y z portami ciś i temp, złącza respiratora elastyczne	500						
8.	Anestetyczne obwody oddechowe dla dorosłych o gładkim świetle z trójnikiem obrotowym z PVC 200 cm, ramię dodatkowe 200 cm, z workiem oddech. 2 l, do stosowania u wielu pacjentów	150						
9	Obwód oddechowy dla dzieci z PCV lub polietylenu o długości min. 150cm, złącza respiratora 22mm elastyczne, sterylne, Y ze złączami pacjenta 22M/15F	50						
10	Łącznik kątowy 120st podwójnie obrotowy, długość min. 15cm, zaopatrzone w port do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, sterylne, łącze pacjenta 22M/15F, łącze respiratora 15M	800						
11	Łącznik kątowy nieruchomy, do odsysania z gumową zatyczką, sterylne, złącza 22M/15F.	1000						
Razem								

W pozostałym zakresie Zał. nr 2 do SIWZ 13/2017 – Formularza asortymentowo – cenowego bez zmian.

II. Zmiany następują w pkt 10.7 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

10.7 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii, Anestezjologii i innych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-13/2017.
Nie otwierać przed03 kwi. 2017..... r, godz. 11:00”.**


III. Zmiany następują również w pkt 13.1 i 13.2 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia03 kwi. 2017..... r. do godz. 10.00 Miejscem składania ofert jest **Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin**

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu03 kwi. 2017..... r. o godz. 11.00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8)

IV. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załączników do SIWZ nr WSZ-EP-13/2017, w których uwzględnia powyższe zmiany i udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka